

# SYNTACE

Jo Kleiber GmbH - 83342 Tacherting - Germany  
Telefon : (49) 8634 66666 Fax : (49) 8634 6365  
www.syntace.com

## PRÜF-ZERTIFIKAT

MODELL  
Model: **TT 1-20**

SERIENNUMMER  
Serial No.: **2005/397486**

HÖCHSTWERT  
Maximum Capacity: **20.0**

EINHEIT  
Units: **N.m.**

PRÜFER  
Inspector: **MR**

UMGEBUNGSTEMPERATUR  
Ambient Temperature: **20°C**

EINGESTELLTES DREHMOMENT Set Torque	GRENZWERTE UNTERER OBERER Min Max		ABGELESENER WERT Actual Readings				
	<b>4.0</b>	<b>3.85</b>	<b>4.17</b>	<b>3.969</b>	<b>3.992</b>	<b>3.969</b>	<b>3.967</b>
<b>12.0</b>	<b>11.54</b>	<b>12.50</b>	<b>11.892</b>	<b>11.911</b>	<b>11.869</b>	<b>11.863</b>	<b>11.827</b>
<b>20.0</b>	<b>19.23</b>	<b>20.83</b>	<b>19.971</b>	<b>19.960</b>	<b>19.929</b>	<b>19.897</b>	<b>19.876</b>

*DIE GRENZWERTE UND DIE TESTEINRICHTUNG FÜR DIESE EINSTELLWERTE*  
The limits shown and the test equipment used for this calibration  
*ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN VON:*  
comply with the requirements of: **ISO6789 : 2003**

*DER MESS-STREUWERT DER TESTEINRICHTUNG UM 20°C IST  $\leq \pm 1\% k = 2$ .*  
The uncertainty of the test equipment at 20°C is  $\leq \pm 1\% k = 2$ .

*DIE TESTEINRICHTUNG IST INTERNATIONAL RÜCKFÜHRBAR DURCH :*  
The test equipment used in the performance of the above calibration has international traceability through:

MODELL DER TESTEINRICHTUNG  
Tester Model: **50297.ETS**

SERIENNUMMER  
Serial No.: **18725.ETS**

ZERT NR.  
Cert No.: **109401 & 109402**

LABOR NR.  
Laboratory No.: **0256**

DATUM DER  
KALIBRIERUNG  
Date of Calibration  
**7 Feb 2005**

QUALITÄTSLEITER  
Quality Manager  
**J.Source**